



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Secretaria Municipal de Justiça



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 572/2024

**Processo Administrativo:** PMC.2024.00008980-00

**Interessado:** Secretaria Municipal de Saúde

**Modalidade:** Pregão Eletrônico nº 238/2024

**Objeto:** Registro de Preços de cânulas e máscaras laríngeas para uso da Rede Municipal de Saúde.

O **Município de Campinas**, devidamente representado, e o fornecedor **ROSICLER CIRÚRGICA LTDA.**, inscrito no CNPJ sob nº 57.365.116/0001-41, por seu representante legal, acordam proceder, nos termos do Decreto Municipal nº 22.734/2023 e do edital do Pregão em epígrafe, ao Registro de Preços referente aos itens abaixo discriminados, com seus respectivos preços unitários.

Item	Código	Descrição	Un.	Quant.	Valor Unitário (R\$)
01	8626	<b>CÂNULA DE GUEDEL</b> , COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - <b>TAMANHO 3</b> ; - CONFECCIONADA EM MATERIAL RÍGIDO E ATÓXICO; - CURVATURAS ADEQUADAS A ANATOMIA ORAL; - DOTADA DE ORIFÍCIO CENTRAL QUE GARANTA VENTILAÇÃO; - BORDA DE SEGURANÇA; - RESISTENTE A ESTERILIZAÇÃO E DESINFECÇÃO; <b>OBS.: CADA CÂNULA EQUIVALE A UMA PEÇA.</b>	PÇ	200	3,22
02	8627	<b>CÂNULA DE GUEDEL</b> , COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - <b>TAMANHO 1</b> ; - CONFECCIONADA EM MATERIAL RÍGIDO E ATÓXICO; - CURVATURAS ADEQUADAS A ANATOMIA ORAL; - DOTADA DE ORIFÍCIO CENTRAL QUE GARANTA VENTILAÇÃO; - BORDA DE SEGURANÇA; - RESISTENTE A ESTERILIZAÇÃO E DESINFECÇÃO; <b>OBS.: CADA CÂNULA EQUIVALE A UMA PEÇA.</b>	PÇ	200	3,22
03	8628	<b>CÂNULA DE GUEDEL</b> , COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - <b>TAMANHO 0</b> ; - CONFECCIONADA EM MATERIAL RÍGIDO E ATÓXICO; - CURVATURAS ADEQUADAS A ANATOMIA ORAL; - DOTADA DE ORIFÍCIO CENTRAL QUE GARANTA VENTILAÇÃO; - BORDA DE SEGURANÇA; - RESISTENTE A ESTERILIZAÇÃO E DESINFECÇÃO; <b>OBS.: CADA CÂNULA EQUIVALE A UMA PEÇA.</b>	PÇ	200	4,10
04	8640	<b>CÂNULA PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL</b> , COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - <b>NÚMERO 6,0</b> ; - COM BALONETE PARA FIXAÇÃO; - CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL E ATÓXICO; - COM FILAMENTO RADIOPACO; - PROVIDA DE CONECTOR PARA NEBULIZAÇÃO OU VENTILAÇÃO MECÂNICA;	PÇ	200	6,40



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Secretaria Municipal de Justiça



		<ul style="list-style-type: none"><li>- COM CURVA PRÉ-MOLDADA, REDUZINDO TRAUMA NA ENTUBAÇÃO; - LUBRIFICADA COM SILICONE;</li><li>- GRADUADA EM CENTÍMETROS, COM MARCAÇÃO INDELÉVEL;</li><li>- DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME;</li><li>- COM COBERTURA DE PROTEÇÃO E VÁLVULA EXTERNA REGULADORA DE PRESSÃO;</li><li>- A CÂNULA DEVERÁ TRAZER O NÚMERO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISÍVEL;</li><li>- ESTÉRIL, DESCARTÁVEL;</li><li>- EMBALADA INDIVIDUALMENTE, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA, QUE NÃO RASGUE OU SOLTE FRAGMENTOS DURANTE SUA ABERTURA, GARANTINDO ABERTURA ASSÉPTICA.</li></ul> <p><b>- ABERTURA EM "PÉTALA".</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, COM DESCRIÇÕES LEGÍVEIS E INDELÉVEIS;</li></ul> <p><b>OBS.: CADA CÂNULA EQUIVALE A UMA PEÇA.</b></p>			
05	8641	<p><b>CÂNULA PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL</b> COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>NÚMERO 6,5;</b></li><li>- COM BALONETE PARA FIXAÇÃO;</li><li>- CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL E ATÓXICO;</li><li>- COM FILAMENTO RADIOPACO;</li><li>- PROVIDA DE CONECTOR PARA NEBULIZAÇÃO OU VENTILAÇÃO MECÂNICA;</li><li>- COM CURVA PRÉ-MOLDADA, REDUZINDO TRAUMA NA ENTUBAÇÃO;</li><li>- LUBRIFICADA COM SILICONE;</li><li>- GRADUADA EM CENTÍMETROS, COM MARCAÇÃO INDELÉVEL;</li><li>- DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME; - COM COBERTURA DE PROTEÇÃO E VÁLVULA EXTERNA REGULADORA DE PRESSÃO;</li><li>- A CÂNULA DEVERÁ TRAZER O NÚMERO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISÍVEL;</li><li>- ESTÉRIL, DESCARTÁVEL;</li><li>- EMBALADA INDIVIDUALMENTE, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA, QUE NÃO RASGUE OU SOLTE FRAGMENTOS DURANTE SUA ABERTURA, GARANTINDO ABERTURA ASSÉPTICA.</li></ul> <p><b>- ABERTURA EM "PÉTALA".</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, COM DESCRIÇÕES LEGÍVEIS E INDELÉVEIS;</li></ul> <p><b>OBS.: CADA CÂNULA EQUIVALE A UMA PEÇA.</b></p>	PÇ	200	6,90
06	8642	<p><b>CÂNULA PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL</b>, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>NÚMERO 7,0;</b></li><li>- COM BALONETE PARA FIXAÇÃO;</li><li>- CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL E ATÓXICO;</li><li>- COM FILAMENTO RADIOPACO;</li><li>- PROVIDA DE CONECTOR PARA NEBULIZAÇÃO OU VENTILAÇÃO MECÂNICA;</li><li>- COM CURVA PRÉ-MOLDADA, REDUZINDO TRAUMA NA ENTUBAÇÃO;</li><li>- LUBRIFICADA COM SILICONE;</li></ul>	PÇ	240	6,48



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Secretaria Municipal de Justiça



		<ul style="list-style-type: none"><li>- GRADUADA EM CENTÍMETROS, COM MARCAÇÃO INDELÉVEL;</li><li>- DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME;</li><li>- COM COBERTURA DE PROTEÇÃO E VÁLVULA EXTERNA REGULADORA DE PRESSÃO;</li><li>- A CÂNULA DEVERÁ TRAZER O NÚMERO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISÍVEL;</li><li>- ESTÉRIL, DESCARTÁVEL;</li><li>- EMBALADA INDIVIDUALMENTE, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA, QUE NÃO RASGUE OU SOLTE FRAGMENTOS DURANTE SUA ABERTURA, GARANTINDO ABERTURA ASSÉPTICA.</li></ul> <p><b>- ABERTURA EM "PÉTALA".</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, COM DESCRIÇÕES LEGÍVEIS E INDELÉVEIS;</li></ul> <p><b>OBS.: CADA CÂNULA EQUIVALE A UMA PEÇA.</b></p>			
07	8643	<p><b>CÂNULA PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>NÚMERO 8,0;</b></li><li>- COM BALONETE PARA FIXAÇÃO;</li><li>- CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL E ATÓXICO; - COM FILAMENTO RADIOPACO;</li><li>- PROVIDA DE CONECTOR PARA NEBULIZAÇÃO OU VENTILAÇÃO MECÂNICA;</li><li>- COM CURVA PRÉ-MOLDADA, REDUZINDO TRAUMA NA ENTUBAÇÃO;</li><li>- LUBRIFICADA COM SILICONE;</li><li>- GRADUADA EM CENTÍMETROS, COM MARCAÇÃO INDELÉVEL;</li><li>- DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME;</li><li>- COM COBERTURA DE PROTEÇÃO E VÁLVULA EXTERNA REGULADORA DE PRESSÃO;</li><li>- A CÂNULA DEVERÁ TRAZER O NÚMERO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISÍVEL;</li><li>- ESTÉRIL, DESCARTÁVEL;</li><li>- EMBALADA INDIVIDUALMENTE, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA, QUE NÃO RASGUE OU SOLTE FRAGMENTOS DURANTE SUA ABERTURA, GARANTINDO ABERTURA ASSÉPTICA.</li></ul> <p><b>- ABERTURA EM "PÉTALA".</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, COM DESCRIÇÕES LEGÍVEIS E INDELÉVEIS;</li></ul> <p><b>OBS.: CADA CÂNULA EQUIVALE A UMA PEÇA.</b></p>	PÇ	200	5,69
08	8644	<p><b>CÂNULA PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>NÚMERO 8,5;</b></li><li>- COM BALONETE PARA FIXAÇÃO;</li><li>- CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL E ATÓXICO; - COM FILAMENTO RADIOPACO;</li><li>- PROVIDA DE CONECTOR PARA NEBULIZAÇÃO OU VENTILAÇÃO MECÂNICA;</li><li>- COM CURVA PRÉ-MOLDADA, REDUZINDO TRAUMA NA ENTUBAÇÃO;</li><li>- LUBRIFICADA COM SILICONE;</li><li>- GRADUADA EM CENTÍMETROS, COM MARCAÇÃO INDELÉVEL;</li><li>- DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME;</li><li>- COM COBERTURA DE PROTEÇÃO E VÁLVULA EXTERNA</li></ul>	PÇ	250	5,74



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Secretaria Municipal de Justiça



		<p>REGULADORA DE PRESSÃO;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- A CÂNULA DEVERÁ TRAZER O NÚMERO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISÍVEL;</li><li>- ESTÉRIL, DESCARTÁVEL;</li><li>- EMBALADA INDIVIDUALMENTE, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA, QUE NÃO RASGUE OU SOLTE FRAGMENTOS DURANTE SUA ABERTURA, GARANTINDO ABERTURA ASSÉPTICA.</li></ul> <p><b>- ABERTURA EM "PÉTALA".</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, COM DESCRIÇÕES LEGÍVEIS E INDELÉVEIS;</li></ul> <p><b>OBS.: CADA CÂNULA EQUIVALE A UMA PEÇA.</b></p>			
09	8645	<p><b>CÂNULA PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>NÚMERO 9,0;</b></li><li>- COM BALONETE PARA FIXAÇÃO;</li><li>- CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL E ATÓXICO;</li><li>- COM FILAMENTO RADIOPACO; - PROVIDA DE CONECTOR PARA NEBULIZAÇÃO OU VENTILAÇÃO MECÂNICA;</li><li>- COM CURVA PRÉ-MOLDADA, REDUZINDO TRAUMA NA ENTUBAÇÃO;</li><li>- LUBRIFICADA COM SILICONE;</li><li>- GRADUADA EM CENTÍMETROS, COM MARCAÇÃO INDELÉVEL;</li><li>- DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME;</li><li>- COM COBERTURA DE PROTEÇÃO E VÁLVULA EXTERNA REGULADORA DE PRESSÃO;</li><li>- A CÂNULA DEVERÁ TRAZER O NÚMERO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISÍVEL;</li><li>- ESTÉRIL, DESCARTÁVEL;</li><li>- EMBALADA INDIVIDUALMENTE, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA, QUE NÃO RASGUE OU SOLTE FRAGMENTOS DURANTE SUA ABERTURA, GARANTINDO ABERTURA ASSÉPTICA.</li></ul> <p><b>- ABERTURA EM "PÉTALA".</b></p> <p>NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, COM DESCRIÇÕES LEGÍVEIS E INDELÉVEIS;</p> <p><b>OBS.: CADA CÂNULA EQUIVALE A UMA PEÇA.</b></p>	PC	200	4,83
10	11483	<p><b>CÂNULA PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>NÚMERO 7,5;</b></li><li>- COM BALONETE PARA FIXAÇÃO;</li><li>- CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL E ATÓXICO;</li><li>- COM FILAMENTO RADIOPACO;</li><li>- PROVIDA DE CONECTOR PARA NEBULIZAÇÃO OU VENTILAÇÃO MECÂNICA;</li><li>- COM CURVA PRÉ-MOLDADA, REDUZINDO TRAUMA NA ENTUBAÇÃO;</li><li>- LUBRIFICADA COM SILICONE;</li><li>- GRADUADA EM CENTÍMETROS, COM MARCAÇÃO INDELÉVEL;</li><li>- DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME;</li><li>- COM COBERTURA DE PROTEÇÃO E VÁLVULA EXTERNA REGULADORA DE PRESSÃO;</li><li>- A CÂNULA DEVERÁ TRAZER O NÚMERO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISÍVEL;</li></ul>	PC	240	7,60



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Secretaria Municipal de Justiça



		<p>- ESTÉRIL, DESCARTÁVEL;</p> <p>- EMBALADA INDIVIDUALMENTE, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA, QUE NÃO RASGUE OU SOLTE FRAGMENTOS DURANTE SUA ABERTURA, GARANTINDO ABERTURA ASSÉPTICA.</p> <p><b>- ABERTURA EM "PÉTALA".</b></p> <p>- NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, COM DESCRIÇÕES LEGÍVEIS E INDELÉVEIS;</p> <p><b>OBS.: CADA CÂNULA EQUIVALE A UMA PEÇA.</b></p>			
11	18274	<p><b>FIO-GUIA (MANDRIL) ADULTO PARA INTRODUÇÃO DE SONDA ENDOTRAQUEAL</b> COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - PARA USO MINIMAMENTE EM <b>SONDAS DE 6 A 10MM DE DIÂMETRO</b>;</p> <p>- CONFECCIONADO EM METAL FLEXÍVEL COM REVESTIMENTO PLÁSTICO E PONTA ATRAUMÁTICA;</p> <p>- ESTÉRIL;</p> <p>- EMBALADO INDIVIDUALMENTE, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA, QUE NÃO RASGUE OU SOLTE FRAGMENTOS DURANTE SUA ABERTURA, GARANTINDO ABERTURA ASSÉPTICA.</p> <p><b>- ABERTURA EM "PÉTALA".</b></p> <p>- NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, COM DESCRIÇÕES LEGÍVEIS E INDELÉVEIS;</p> <p><b>OBS.: CADA FIO-GUIA EQUIVALE A UMA PEÇA.</b></p>	PÇ	240	19,39
12	18275	<p><b>FIO-GUIA (MANDRIL) INFANTIL PARA INTRODUÇÃO DE SONDA ENDOTRAQUEAL</b> COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:</p> <p>- PARA USO MINIMAMENTE EM <b>SONDAS DE 4 A 6MM DE DIÂMETRO</b>;</p> <p>- CONFECCIONADO EM METAL FLEXÍVEL COM REVESTIMENTO PLÁSTICO E PONTA ATRAUMÁTICA;</p> <p>- ESTÉRIL;</p> <p>- EMBALADO INDIVIDUALMENTE, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA, QUE NÃO RASGUE OU SOLTE FRAGMENTOS DURANTE SUA ABERTURA, GARANTINDO ABERTURA ASSÉPTICA.</p> <p><b>- ABERTURA EM "PÉTALA".</b></p> <p>- NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, COM DESCRIÇÕES LEGÍVEIS E INDELÉVEIS;</p> <p><b>OBS.: CADA FIO-GUIA EQUIVALE A UMA PEÇA.</b></p>	PÇ	200	19,39
13	18276	<p><b>FIO-GUIA (MANDRIL) NEONATAL PARA INTRODUÇÃO DE SONDA ENDOTRAQUEAL</b> COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:</p> <p>- PARA USO MINIMAMENTE EM <b>SONDAS DE 2,5 A 4,5MM DE DIÂMETRO</b>;</p> <p>- CONFECCIONADO EM METAL FLEXÍVEL COM REVESTIMENTO PLÁSTICO E PONTA ATRAUMÁTICA;</p> <p>- ESTÉRIL;</p> <p>- EMBALADO INDIVIDUALMENTE, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA, QUE NÃO RASGUE OU SOLTE FRAGMENTOS DURANTE SUA ABERTURA, GARANTINDO ABERTURA ASSÉPTICA.</p> <p><b>- ABERTURA EM "PÉTALA".</b></p> <p>- NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, COM DESCRIÇÕES LEGÍVEIS E INDELÉVEIS;</p> <p><b>OBS.: CADA FIO-GUIA EQUIVALE A UMA PEÇA.</b></p>	PÇ	200	29,89
14	18306	<p><b>CÂNULA PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL</b>, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:</p>	PÇ	200	4,11



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Secretaria Municipal de Justiça



		<p><b>- NÚMERO 6,5;</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- SEM BALONETE;</li><li>- CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL E ATÓXICO;</li><li>- COM FILAMENTO RADIOPACO;</li><li>- PROVIDA DE CONECTOR PARA NEBULIZAÇÃO OU VENTILAÇÃO MECÂNICA;</li><li>- COM CURVA PRÉ-MOLDADA, REDUZINDO TRAUMA NA ENTUBAÇÃO; - LUBRIFICADA COM SILICONE;</li><li>- GRADUADA EM CENTÍMETROS, COM MARCAÇÃO INDELÉVEL;</li><li>- A CÂNULA DEVERÁ TRAZER O NÚMERO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISÍVEL;</li><li>- ESTÉRIL, DESCARTÁVEL;</li><li>- EMBALADA INDIVIDUALMENTE, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA, QUE NÃO RASGUE OU SOLTE FRAGMENTOS DURANTE SUA ABERTURA, GARANTINDO ABERTURA ASSÉPTICA.</li></ul> <p><b>- ABERTURA EM "PÉTALA".</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, COM DESCRIÇÕES LEGÍVEIS E INDELÉVEIS;</li></ul> <p><b>OBS.: CADA CÂNULA EQUIVALE A UMA PEÇA.</b></p>			
15	18307	<p><b>CÂNULA PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>NÚMERO 6,0;</b></li><li>- SEM BALONETE;</li><li>- CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL E ATÓXICO;</li><li>- COM FILAMENTO RADIOPACO;</li><li>- PROVIDA DE CONECTOR PARA NEBULIZAÇÃO OU VENTILAÇÃO MECÂNICA;</li><li>- COM CURVA PRÉ-MOLDADA, REDUZINDO TRAUMA NA ENTUBAÇÃO;</li><li>- LUBRIFICADA COM SILICONE;</li><li>- GRADUADA EM CENTÍMETROS, COM MARCAÇÃO INDELÉVEL;</li><li>- A CÂNULA DEVERÁ TRAZER O NÚMERO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISÍVEL;</li><li>- ESTÉRIL, DESCARTÁVEL;</li><li>- EMBALADA INDIVIDUALMENTE, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA, QUE NÃO RASGUE OU SOLTE FRAGMENTOS DURANTE SUA ABERTURA, GARANTINDO ABERTURA ASSÉPTICA.</li></ul> <p><b>- ABERTURA EM "PÉTALA".</b></p> <p>NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, COM DESCRIÇÕES LEGÍVEIS E INDELÉVEIS;</p> <p><b>OBS.: CADA CÂNULA EQUIVALE A UMA PEÇA.</b></p>	PÇ	240	4,59
16	18308	<p><b>CÂNULA PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>NÚMERO 5,5;</b></li><li>- SEM BALONETE;</li><li>- CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL E ATÓXICO;</li><li>- COM FILAMENTO RADIOPACO;</li><li>- PROVIDA DE CONECTOR PARA NEBULIZAÇÃO OU VENTILAÇÃO MECÂNICA;</li><li>- COM CURVA PRÉ-MOLDADA, REDUZINDO TRAUMA NA ENTUBAÇÃO;</li></ul>	PÇ	200	5,21



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Secretaria Municipal de Justiça



		<ul style="list-style-type: none"><li>- LUBRIFICADA COM SILICONE;</li><li>- GRADUADA EM CENTÍMETROS, COM MARCAÇÃO INDELÉVEL;</li><li>- A CÂNULA DEVERÁ TRAZER O NÚMERO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISÍVEL; -ESTÉRIL, DESCARTÁVEL;</li><li>- EMBALADA INDIVIDUALMENTE, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA, QUE NÃO RASGUE OU SOLTE FRAGMENTOS DURANTE SUA ABERTURA, GARANTINDO ABERTURA ASSÉPTICA.</li></ul> <p><b>- ABERTURA EM "PÉTALA".</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, COM DESCRIÇÕES LEGÍVEIS E INDELÉVEIS;</li></ul> <p><b>OBS.: CADA CÂNULA EQUIVALE A UMA PEÇA.</b></p>			
17	18309	<p><b>CÂNULA PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- NÚMERO 5,0;</li><li>- SEM BALONETE;</li><li>- CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL E ATÓXICO;</li><li>- COM FILAMENTO RADIOPACO;</li><li>- PROVIDA DE CONECTOR PARA NEBULIZAÇÃO OU VENTILAÇÃO MECÂNICA;</li><li>- COM CURVA PRÉ-MOLDADA, REDUZINDO TRAUMA NA ENTUBAÇÃO;</li><li>- LUBRIFICADA COM SILICONE;</li><li>- GRADUADA EM CENTÍMETROS, COM MARCAÇÃO INDELÉVEL;</li><li>- A CÂNULA DEVERÁ TRAZER O NÚMERO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISÍVEL;</li><li>- ESTÉRIL, DESCARTÁVEL;</li><li>- EMBALADA INDIVIDUALMENTE, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA, QUE NÃO RASGUE OU SOLTE FRAGMENTOS DURANTE SUA ABERTURA, GARANTINDO ABERTURA ASSÉPTICA.</li></ul> <p><b>- ABERTURA EM "PÉTALA".</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, COM DESCRIÇÕES LEGÍVEIS E INDELÉVEIS;</li></ul> <p><b>OBS.: CADA CÂNULA EQUIVALE A UMA PEÇA.</b></p>	PÇ	200	6,43
18	18310	<p><b>CÂNULA PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>NÚMERO 4,5;</b></li><li>- SEM BALONETE;</li><li>- CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL E ATÓXICO;</li><li>- COM FILAMENTO RADIOPACO;</li><li>- PROVIDA DE CONECTOR PARA NEBULIZAÇÃO OU VENTILAÇÃO MECÂNICA;</li><li>- COM CURVA PRÉ-MOLDADA, REDUZINDO TRAUMA NA ENTUBAÇÃO;</li><li>- LUBRIFICADA COM SILICONE;</li><li>- GRADUADA EM CENTÍMETROS, COM MARCAÇÃO INDELÉVEL;</li><li>- A CÂNULA DEVERÁ TRAZER O NÚMERO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISÍVEL;</li><li>- ESTÉRIL, DESCARTÁVEL;</li><li>- EMBALADA INDIVIDUALMENTE, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA, QUE NÃO RASGUE OU SOLTE FRAGMENTOS DURANTE SUA ABERTURA, GARANTINDO ABERTURA ASSÉPTICA.</li></ul>	PÇ	240	3,62



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Secretaria Municipal de Justiça



		<p>- <b>ABERTURA EM "PÉTALA"</b>, - NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, COM DESCRIÇÕES LEGÍVEIS E INDELÉVEIS; <b>OBS.: CADA CÂNULA EQUIVALE A UMA PEÇA.</b></p>			
19	18311	<p><b>CÂNULA PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL</b>, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - <b>NÚMERO 4,0</b>; - SEM BALONETE; - CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL E ATÓXICO; - COM FILAMENTO RADIOPACO; - PROVIDA DE CONECTOR PARA NEBULIZAÇÃO OU VENTILAÇÃO MECÂNICA; - COM CURVA PRÉ-MOLDADA, REDUZINDO TRAUMA NA ENTUBAÇÃO; - LUBRIFICADA COM SILICONE; - GRADUADA EM CENTÍMETROS, COM MARCAÇÃO INDELÉVEL; - A CÂNULA DEVERÁ TRAZER O NÚMERO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISÍVEL; - ESTÉRIL, DESCARTÁVEL; - EMBALADA INDIVIDUALMENTE, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA, QUE NÃO RASGUE OU SOLTE FRAGMENTOS DURANTE SUA ABERTURA, GARANTINDO ABERTURA ASSÉPTICA. - <b>ABERTURA EM "PÉTALA"</b>. - NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, COM DESCRIÇÕES LEGÍVEIS E INDELÉVEIS; - <b>OBS.: CADA CÂNULA EQUIVALE A UMA PEÇA.</b></p>	PC	240	3,65
20	18312	<p><b>CÂNULA PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL</b>, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - <b>NÚMERO 3,5</b>; - SEM BALONETE; - CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL E ATÓXICO; - COM FILAMENTO RADIOPACO; - PROVIDA DE CONECTOR PARA NEBULIZAÇÃO OU VENTILAÇÃO MECÂNICA; - COM CURVA PRÉ-MOLDADA, REDUZINDO TRAUMA NA ENTUBAÇÃO; - LUBRIFICADA COM SILICONE; - GRADUADA EM CENTÍMETROS, COM MARCAÇÃO INDELÉVEL; - A CÂNULA DEVERÁ TRAZER O NÚMERO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISÍVEL; - ESTÉRIL, DESCARTÁVEL; - EMBALADA INDIVIDUALMENTE, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA, QUE NÃO RASGUE OU SOLTE FRAGMENTOS DURANTE SUA ABERTURA, GARANTINDO ABERTURA ASSÉPTICA. - <b>ABERTURA EM "PÉTALA"</b>. - NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, COM DESCRIÇÕES LEGÍVEIS E INDELÉVEIS; <b>OBS.: CADA CÂNULA EQUIVALE A UMA PEÇA.</b></p>	PC	240	3,58
21	18313	<p><b>CÂNULA PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL</b>, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - <b>NÚMERO 3,0</b>; - SEM BALONETE;</p>	PC	200	3,20



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Secretaria Municipal de Justiça



		<ul style="list-style-type: none"><li>- CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL E ATÓXICO; - COM FILAMENTO RADIOPACO;</li><li>- PROVIDA DE CONECTOR PARA NEBULIZAÇÃO OU VENTILAÇÃO MECÂNICA;</li><li>- COM CURVA PRÉ-MOLDADA, REDUZINDO TRAUMA NA ENTUBAÇÃO;</li><li>- LUBRIFICADA COM SILICONE;</li><li>- GRADUADA EM CENTÍMETROS, COM MARCAÇÃO INDELÉVEL;</li><li>- A CÂNULA DEVERÁ TRAZER O NÚMERO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISÍVEL;</li><li>- ESTÉRIL, DESCARTÁVEL;</li><li>- EMBALADA INDIVIDUALMENTE, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA, QUE NÃO RASGUE OU SOLTE FRAGMENTOS DURANTE SUA ABERTURA, GARANTINDO ABERTURA ASSÉPTICA.</li></ul> <p><b>- ABERTURA EM "PÉTALA".</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, COM DESCRIÇÕES LEGÍVEIS E INDELÉVEIS;</li></ul> <p><b>OBS.: CADA CÂNULA EQUIVALE A UMA PEÇA.</b></p>			
22	18314	<p><b>CÂNULA PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL</b>, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>NÚMERO 2,5;</b></li><li>- SEM BALONETE;</li><li>- CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL E ATÓXICO;</li><li>- COM FILAMENTO RADIOPACO; - PROVIDA DE CONECTOR PARA NEBULIZAÇÃO OU VENTILAÇÃO MECÂNICA;</li><li>- COM CURVA PRÉ-MOLDADA, REDUZINDO TRAUMA NA ENTUBAÇÃO;</li><li>- LUBRIFICADA COM SILICONE;</li><li>- GRADUADA EM CENTÍMETROS, COM MARCAÇÃO INDELÉVEL;</li><li>- A CÂNULA DEVERÁ TRAZER O NÚMERO DO CALIBRE ESTAMPADO EM LOCAL VISÍVEL;</li><li>- ESTÉRIL, DESCARTÁVEL;</li><li>- EMBALADA INDIVIDUALMENTE, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA, QUE NÃO RASGUE OU SOLTE FRAGMENTOS DURANTE SUA ABERTURA, GARANTINDO ABERTURA ASSÉPTICA.</li></ul> <p><b>- ABERTURA EM "PÉTALA".</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, COM DESCRIÇÕES LEGÍVEIS E INDELÉVEIS;</li></ul> <p><b>OBS.: CADA CÂNULA EQUIVALE A UMA PEÇA.</b></p>	PÇ	240	3,20
23	18315	<p><b>CÂNULA PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL</b>, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>NÚMERO 2,0;</b></li><li>- SEM BALONETE;</li><li>- CONFECCIONADA EM PVC TRANSPARENTE, FLEXÍVEL E ATÓXICO; - COM FILAMENTO RADIOPACO;</li><li>- PROVIDA DE CONECTOR PARA NEBULIZAÇÃO OU VENTILAÇÃO MECÂNICA;</li><li>- COM CURVA PRÉ-MOLDADA, REDUZINDO TRAUMA NA ENTUBAÇÃO;</li><li>- LUBRIFICADA COM SILICONE;</li><li>- GRADUADA EM CENTÍMETROS, COM MARCAÇÃO INDELÉVEL;</li><li>- A CÂNULA DEVERÁ TRAZER O NÚMERO DO CALIBRE</li></ul>	PÇ	240	3,20



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Secretaria Municipal de Justiça



		ESTAMPADO EM LOCAL VISÍVEL; - ESTÉRIL, DESCARTÁVEL; - EMBALADA INDIVIDUALMENTE, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA, QUE NÃO RASGUE OU SOLTE FRAGMENTOS DURANTE SUA ABERTURA, GARANTINDO ABERTURA ASSÉPTICA. <b>- ABERTURA EM "PÉTALA".</b> - NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, COM DESCRIÇÕES LEGÍVEIS E INDELÉVEIS; <b>OBS.: CADA CÂNULA EQUIVALE A UMA PEÇA.</b>			
24	18321	<b>CÂNULA DE GUEDEL</b> , COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: <b>- TAMANHO 5;</b> - CONFECCIONADA EM MATERIAL RÍGIDO E ATÓXICO; - CURVATURAS ADEQUADAS A ANATOMIA ORAL; - DOTADA DE ORIFÍCIO CENTRAL QUE GARANTA VENTILAÇÃO; - BORDA DE SEGURANÇA; - RESISTENTE A ESTERILIZAÇÃO E DESINFECÇÃO; <b>OBS.: CADA CÂNULA EQUIVALE A UMA PEÇA.</b>	PÇ	200	5,08
25	43449	<b>CÂNULA DE GUEDEL</b> , COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: <b>- TAMANHO 4;</b> - CONFECCIONADA EM MATERIAL RÍGIDO E ATÓXICO; - CURVATURAS ADEQUADAS A ANATOMIA ORAL; - DOTADA DE ORIFÍCIO CENTRAL QUE GARANTA VENTILAÇÃO; - BORDA DE SEGURANÇA; - RESISTENTE A ESTERILIZAÇÃO E DESINFECÇÃO; <b>OBS.: CADA CÂNULA EQUIVALE A UMA PEÇA.</b>	PÇ	200	3,22
26	43450	<b>CÂNULA DE GUEDEL</b> , COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: <b>- TAMANHO 2;</b> - CONFECCIONADA EM MATERIAL RÍGIDO E ATÓXICO; - CURVATURAS ADEQUADAS A ANATOMIA ORAL; - DOTADA DE ORIFÍCIO CENTRAL QUE GARANTA VENTILAÇÃO; - BORDA DE SEGURANÇA; - RESISTENTE A ESTERILIZAÇÃO E DESINFECÇÃO; <b>OBS.: CADA CÂNULA EQUIVALE A UMA PEÇA.</b>	PÇ	200	3,92

Os locais e condições de entrega são os descritos no Anexo II do edital.

Fica declarado que o preço registrado na presente Ata é válido pelo prazo de 1 (um) ano, contado a partir do 1º dia útil subsequente à data de sua divulgação no PNCP, ficando automaticamente prorrogado o prazo de validade da proposta/lance apresentado no Pregão epigrafado.

O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado por no máximo igual período, até o limite legal de 2 (dois) anos estabelecido pela Lei Federal nº 14.133/2021.

O fornecedor apresenta, neste ato, os seguintes documentos:

- 1) procuração ou ato constitutivo;
- 2) cédula de identificação;



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

## Secretaria Municipal de Justiça



3) Termo de Ciência e de Notificação.

Nada mais havendo a declarar, encerra-se a presente Ata que, lida e aprovada, segue assinada pelas partes.

Campinas, 01 NOV. 2024

**LAIR ZAMBON**  
Secretário Municipal de Saúde

**PAULO ROBERTO  
GUERRA DA  
SILVA:71739181891**

Assinado de forma digital por  
PAULO ROBERTO GUERRA DA  
SILVA:71739181891  
Dados: 2024.10.30 17:11:37 -03'00'

**ROSICLER CIRÚRGICA LTDA.**

Representante Legal:  
CPF nº



### TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

**PROCESSO ADMINISTRATIVO:** PMC.2024.00008980-00

**INTERESSADO:** Secretaria Municipal de Saúde

**OBJETO:** Registro de Preços de cânulas e máscaras laringeas para uso da Rede Municipal de Saúde.

**MODALIDADE:** Pregão Eletrônico nº 238/2024

**CONTRATANTE:** Município de Campinas

**CONTRATADA:** ROSICLER CIRÚRGICA LTDA.

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº** 572 /2024

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

- a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) as informações pessoais dos responsáveis pelo Contratante estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº 01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa(s);
- e) é de exclusiva responsabilidade da Contratada manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Campinas, 01 NOV. 2024



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Secretaria Municipal de Justiça



## AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: Dario Jorge Giolo Saadi

Cargo: Prefeito do Município de Campinas

CPF: 102.354.108-69

## RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:

Nome: Maria Emília de Arruda Faccioni

Cargo: Secretária Municipal de Administração

CPF: 841.512.188-15

Assinatura: (no SEI)

## RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

### Pelo CONTRATANTE:

Nome: Lair Zambon

Cargo: Secretário Municipal de Saúde

CPF: 819.609.998-34

Assinatura: \_\_\_\_\_

### Pela CONTRATADA:

Nome: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

E-mail da contratada: [vendas@rosiclercirurgica.com.br](mailto:vendas@rosiclercirurgica.com.br) / [paulo.guerra@rosiclercirurgica.com.br](mailto:paulo.guerra@rosiclercirurgica.com.br)

Assinatura: **PAULO ROBERTO GUERRA**  
**DA SILVA:71739181891**

Assinado de forma digital por PAULO  
ROBERTO GUERRA DA SILVA:71739181891  
Dados: 2024.10.30 17:15:19 -03'00'

### ORDENADOR DE DESPESAS DO CONTRATANTE:

Nome: Lair Zambon

Cargo: Secretário Municipal de Saúde

CPF:819.609.998-34

Assinatura: \_\_\_\_\_

### GESTOR(ES) DO CONTRATO:

Nome: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_