



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Secretaria Municipal de Justiça

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 645 /2025

Processo Administrativo: PMC.2025.00017312-73

Interessado: Secretaria Municipal de Saúde

Modalidade: Pregão Eletrônico nº142/2025

Objeto: Registro de Preços de *kit* de agulhas para biópsia de próstata e agulha para biópsia de mama e tecidos moles, com pistola disparadora em comodato.

O **Município de Campinas**, devidamente representado, e o fornecedor **KONIMAGEM COMERCIAL LTDA.**, inscrito no CNPJ sob nº 58.598.368/0001-83, por seu representante legal, acordam proceder, nos termos do Decreto Municipal nº 22.734/2023 e do edital do Pregão em epígrafe, ao Registro de Preços referente aos itens abaixo discriminados, com seus respectivos preços unitários.

Item	Código	Descrição	Un.	Quant.	Valor Unitário (R\$)
01	39.157	AGULHA PARA BIÓPSIA DE MAMA E TECIDOS MOLES COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - AGULHA PARA USO EM INSTRUMENTO AUTOMÁTICO DE BIÓPSIA (PISTOLA AUTOMÁTICA); - CONFECIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL; - COMPRIMENTO DE 10CM; - CALIBRE 14G; - GAVETA DE 15MM A 22MM; - CORTE AUTOMÁTICO; - MARCAÇÃO DE PROFUNDIDADE EM CENTÍMETROS; - PONTA ECOGÉNICA PARA FACILITAR POSICIONAMENTO; - IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE ATRAVÉS DE CÓDIGO DE CORES; - QUE PERMITA A UTILIZAÇÃO EM CONJUNTO COM AGULHAS COAXIAIS; - ESTÉRIL; - DESCARTÁVEL; - EMBALADA INDIVIDUALMENTE, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA, QUE NÃO RASQUE OU SOLTE FRAGMENTOS DURANTE SUA ABERTURA, GARANTINDO ABERTURA ASSÉPTICA. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, COM DESCRIÇÕES LEGÍVEIS E INDELEVÉIS; - DEVERÃO SER FORNECIDOS INSTRUMENTOS AUTOMÁTICOS DE BIÓPSIA (PISTOLAS AUTOMÁTICAS, LEVES E ERGONÔMICAS) COMPATÍVEIS COM AS AGULHAS. OBS.: CADA AGULHA EQUIVALE A UMA PEÇA.	PÇ	638	73,00
02	39.157	AGULHA PARA BIÓPSIA DE MAMA E TECIDOS MOLES COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - AGULHA PARA USO EM INSTRUMENTO AUTOMÁTICO DE BIÓPSIA (PISTOLA AUTOMÁTICA); - CONFECIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL; - COMPRIMENTO DE 10CM; - CALIBRE 14G; - GAVETA DE 15MM A 22MM; - CORTE AUTOMÁTICO; - MARCAÇÃO DE PROFUNDIDADE EM CENTÍMETROS; - PONTA ECOGÉNICA PARA FACILITAR POSICIONAMENTO; - IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE ATRAVÉS DE CÓDIGO DE CORES; - QUE PERMITA A UTILIZAÇÃO EM CONJUNTO COM AGULHAS COAXIAIS; - ESTÉRIL; - DESCARTÁVEL; - EMBALADA INDIVIDUALMENTE, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA, QUE NÃO RASQUE OU SOLTE FRAGMENTOS DURANTE SUA ABERTURA, GARANTINDO ABERTURA ASSÉPTICA. NA	PÇ	212	73,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Secretaria Municipal de Justiça

		EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, COM DESCRIÇÕES LEGÍVEIS E INDELÉVEIS; - DEVERÃO SER FORNECIDOS INSTRUMENTOS AUTOMÁTICOS DE BIÓPSIA (PISTOLAS AUTOMÁTICAS, LEVES E ERGONÔMICAS) COMPATÍVEIS COM AS AGULHAS. OBS.: CADA AGULHA EQUIVALE A UMA PEÇA.			
03	53.303	KIT DE AGULHAS PARA BIÓPSIA DE PRÓSTATA COMPOSTO DE: 1. AGULHA PARA BIÓPSIA DE PRÓSTATA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL; - COMPRIMENTO 25 CM; - CALIBRE 18G; - GAVETA DE NO MÍNIMO 19 MM; - CORTE AUTOMÁTICO; - PONTA ECOGÊNICA PARA FACILITAR POSICIONAMENTO; - MARCAÇÃO DE PROFUNDIDADE EM CENTÍMETROS; - IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE ATRAVÉS DE CÓDIGO DE CORES; - ESTÉRIL; - DESCARTÁVEL; - EMBALADA INDIVIDUALMENTE, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA, QUE NÃO RASGUE OU SOLTE FRAGMENTOS DURANTE SUA ABERTURA, GARANTINDO ABERTURA ASSÉPTICA. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, COM DESCRIÇÕES LEGÍVEIS E INDELÉVEIS; - ACOMPANHA GUIA DE BIÓPSIA DESCARTÁVEL COMPATÍVEL COM TRANSDUTOR SAMSUNG MEDISON ENDOCavitário CÓDIGO EV49/10ED. 2. AGULHA PARA ANESTESIA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL; - COMPRIMENTO DE 20 CM; - CALIBRE 20 G; - PONTA ECOGÊNICA; - MARCAÇÃO EM CENTÍMETROS; - COMPATÍVEL COM A GUIA DE BIÓPSIA (COMPATÍVEL COM TRANSDUTOR SAMSUNG MEDSON ENDOCavitário CÓDIGO EV4-9/10ED); - CONECTOR UNIVERSAL PARA SERINGAS; - ESTÉRIL; - DESCARTÁVEL; - EMBALADA INDIVIDUALMENTE, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA, QUE NÃO RASGUE OU SOLTE FRAGMENTOS DURANTE SUA ABERTURA, GARANTINDO ABERTURA ASSÉPTICA. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, COM DESCRIÇÕES LEGÍVEIS E INDELÉVEIS. 3. ACOMPANHA PISTOLA DISPARADORA, AUTOMÁTICA, ERGONÔMICA, COMPATÍVEL COM A AGULHA DE BIÓPSIA, EM COMODATO. OBS.: CADA KIT COMPOSTO POR UMA AGULHA DE BIÓPSIA, UMA AGULHA PARA ANESTESIA E UMA GUIA DE BIÓPSIA EQUIVALEM A UMA PEÇA.	PÇ	188	177,00
04	53.303	KIT DE AGULHAS PARA BIÓPSIA DE PRÓSTATA COMPOSTO DE: 1. AGULHA PARA BIÓPSIA DE PRÓSTATA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL; - COMPRIMENTO 25 CM; - CALIBRE 18G; - GAVETA DE NO MÍNIMO 19 MM; - CORTE AUTOMÁTICO; - PONTA ECOGÊNICA PARA FACILITAR POSICIONAMENTO; - MARCAÇÃO DE PROFUNDIDADE EM CENTÍMETROS; - IDENTIFICAÇÃO DO CALIBRE ATRAVÉS DE CÓDIGO DE CORES; - ESTÉRIL; - DESCARTÁVEL; - EMBALADA INDIVIDUALMENTE, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA, QUE NÃO RASGUE OU SOLTE FRAGMENTOS DURANTE SUA ABERTURA, GARANTINDO ABERTURA ASSÉPTICA. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, COM DESCRIÇÕES LEGÍVEIS E INDELÉVEIS; - ACOMPANHA GUIA DE BIÓPSIA DESCARTÁVEL COMPATÍVEL COM TRANSDUTOR SAMSUNG MEDISON ENDOCavitário CÓDIGO EV49/10ED. 2. AGULHA PARA ANESTESIA COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL; - COMPRIMENTO DE 20 CM; - CALIBRE 20 G; - PONTA ECOGÊNICA; - MARCAÇÃO EM CENTÍMETROS; - COMPATÍVEL COM A GUIA DE BIÓPSIA (COMPATÍVEL COM TRANSDUTOR SAMSUNG MEDSON ENDOCavitário CÓDIGO EV4-9/10ED); - CONECTOR UNIVERSAL PARA SERINGAS; - ESTÉRIL; - DESCARTÁVEL; - EMBALADA INDIVIDUALMENTE, EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA, QUE NÃO RASGUE OU SOLTE FRAGMENTOS DURANTE SUA ABERTURA, GARANTINDO ABERTURA ASSÉPTICA. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, COM DESCRIÇÕES LEGÍVEIS E INDELÉVEIS. 3. ACOMPANHA PISTOLA DISPARADORA, AUTOMÁTICA, ERGONÔMICA, COMPATÍVEL COM A AGULHA DE BIÓPSIA, EM COMODATO. OBS.: CADA KIT COMPOSTO POR UMA AGULHA DE BIÓPSIA, UMA AGULHA PARA ANESTESIA E UMA GUIA DE BIÓPSIA EQUIVALEM A UMA PEÇA.	PÇ	62	177,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Secretaria Municipal de Justiça

		ABERTURA, GARANTINDO ABERTURA ASSÉPTICA. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, COM DESCRIÇÕES LEGÍVEIS E INDELÉVEIS. 3. ACOMPANHA PISTOLA DISPARADORA, AUTOMÁTICA, ERGONÔMICA, COMPATÍVEL COM A AGULHA DE BIÓPSIA, EM COMODATO. OBS.: CADA KIT COMPOSTO POR UMA AGULHA DE BIÓPSIA, UMA AGULHA PARA ANESTESIA E UMA GUIA DE BIÓPSIA EQUIVALEM A UMA PEÇA.			
--	--	---	--	--	--

Os locais e condições de entrega são os descritos no Anexo II do edital.

Fica declarado que o preço registrado na presente Ata é válido pelo prazo de 1 (um) ano, contado a partir do 1º dia útil subsequente à data de sua divulgação no PNCP, ficando automaticamente prorrogado o prazo de validade da proposta/lance apresentado no Pregão epigrafado.

O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado por no máximo igual período, até o limite legal de 2 (dois) anos estabelecido pela Lei Federal nº 14.133/2021.

O fornecedor apresenta, neste ato, os seguintes documentos:

- 1) procuração ou ato constitutivo;
- 2) cédula de identificação;
- 3) Termo de Ciência e de Notificação.

Nada mais havendo a declarar, encerra-se a presente Ata que, lida e aprovada, segue assinada pelas partes.

Campinas, _____

09 DEZ 2025

LAIR ZAMBON

Secretário Municipal de Saúde

DARIO

LIVRARÍ:08201437829

Assinado de forma

digital por DARIO

LIVRARÍ:08201437829

KONIMAGEM COMERCIAL LTDA.

Representante Legal:

CPF nº



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Secretaria Municipal de Justiça

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: PMC.2025.00017312-73

INTERESSADO: Secretaria Municipal de Saúde

OBJETO: Registro de Preços de *kit* de agulhas para biópsia de próstata e agulha para biópsia de mama e tecidos moles, com pistola disparadora em comodato.

MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº142/2025

CONTRATANTE: Município de Campinas

CONTRATADA: KONIMAGEM COMERCIAL LTDA.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 645 /2025

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

- a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extrair cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) as informações pessoais dos responsáveis pelo Contratante estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº 01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa(s);
- e) é de exclusiva responsabilidade da Contratada manter seus dados sempre atualizados.

2. Damos-nos por NOTIFICADOS para:

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

09 DEZ. 2025

Campinas,



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

Secretaria Municipal de Justiça

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: Dario Jorge Giolo Saadi

Cargo: Prefeito do Município de Campinas

CPF: 102.354.108-89

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:

Nome: Maria Emília de Arruda Faccioni

Cargo: Secretaria Municipal de Administração

Assinatura: (no SEI)

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo CONTRATANTE:

Nome: Lair Zambon

Cargo: Secretário Municipal de Saúde

CPF: 819.609.998-34

Assinatura: _____

Pela CONTRATADA:

Nome: _____ DARIO LIVRARI:08201437829 Assinado de forma digital por
DARIO LIVRARI:08201437829

Cargo: _____

CPF: _____

E-mail da contratada: licitacoes@konimagem.com.br

Assinatura: _____

ORDENADOR DE DESPESAS DO CONTRATANTE:

Nome: Lair Zambon

Cargo: Secretário Municipal de Saúde

CPF: 819.609.998-34

Assinatura: _____

GESTOR(ES) DO CONTRATO:

Nome: _____

Cargo: _____

CPF: _____

Assinatura: _____