



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 77/08

Processo Administrativo n° 07/10/51.329

Interessado: Secretaria Municipal de Saúde

Modalidade: Pregão Eletrônico n° 07/08

Aos 27 dias do mês de maio do ano de 2.008, na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, no Palácio dos Jequitibás, sito na Avenida Anchieta, n° 200, o **MUNICÍPIO DE CAMPINAS**, devidamente representado, e a empresa **BRASIL FARMA COMÉRCIO LTDA.**, por seu representante legal, acordam proceder, nos termos do Decreto Municipal n° 11.447/94 e suas alterações e do edital do Pregão Eletrônico em epígrafe, ao Registro de Preços referente aos lotes abaixo discriminados, com seus respectivos preços unitários.

Lote	Código	Descrição	Unid.	Quant. estim	Valor Unitário R\$
01	18278	CATETER PARA PUNÇÃO E INFUSÃO VENOSA CONFECCIONADO EM TEFLON OU VIALON RADIOPACO E ATOXICO, NA COR BRANCA, FLEXÍVEL, SILICONIZADO, AFILADO E MOLDADO AO PÉ DA AGULHA, COM CÂMARA PARA REFLUXO SANGUÍNEO RÍGIDA E TRANSPARENTE, AGULHA-GUIA EM ACO INOX, COM BISEL TRIFACETADO. O CATETER DEVERÁ DESLIZAR SEM ATRITO NA PUNÇÃO, DE FORMA A PERMITIR REDUZIDA DOR, SEM RISCO DE TRAUMATISMO; NÚMERO 14. ESTÉRIL; DESCARTÁVEL. ** CADA CATETER EQUIVALE A UMA PEÇA.	PC	2.200	0,59
06	18303	CATETER PARA PUNÇÃO E INFUSÃO VENOSA, CONFECCIONADO EM TEFLON OU VIALON RADIOPACO E ATOXICO, NA COR BRANCA; FLEXÍEL, SILICONIZADO, AFILADO E MOLDADO AO PÉ DA AGULHA, COM CÂMARA PARA REFLUXO SANGUÍNEO RÍGIDA E	PC	37.000	0,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

		TRANSPARENTE, AGULHA-GUIA EM AÇO INOX COM BISEL TRIFACETADO. O CATETER DEVERÁ DESLIZAR SEM ATRITO NA PUNÇÃO, DE FORMA A PERMITIR REDUZIDA DOR, SEM RISCO DE TRAUMATISMO; NÚMERO 24, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. ** CADA CATETER EQUIVALE A UMA PEÇA.			
08	17641	EQUIPO PARA INFUSÃO PARENTERAL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - DOSADOR MACROGOTAS, CONFECCIONADO EM PVC RÍGIDO. - LANCETA PERFURANTE UNIVERSAL PARA AMPOLAS E FRASCOS, COM ENCAIXE EFICIENTE IMPEDINDO VAZAMENTOS OU ENTRADA DE AR, CONFECCIONADA EM PVC RÍGIDO. - CÂMARA GOTEJADORA CONFECCIONADA EM PVC FLEXÍVEL E TRANSPARENTE, COM MARCAÇÃO DE NÍVEL, MEDINDO NO MÍNIMO 5 CM DE COM PRIMENTO E NO MÁXIMO 8 CM. - TUBO EM PVC FLEXÍVEL E TRANSPARENTE, MEDINDO NO MÍNIMO 1,30 MT DE EXTENSÃO. - SEM INJETOR LATERAL. - COM FLASH-BALL. - PINÇA ROLETE EM PVC RÍGIDO, DE ALTA PRECISÃO (CONTROLE PRECISO DE 20 GTS/MIN). - ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. ** CADA EQUIPO EQUIVALE A UMA PEÇA.	PC	190.000	0,40
15	11480	SONDA VESICAL DE DEMORA. TIPO FOLEY, BORRACHA NATURAL; FLEXÍVEL ATOXICO; SILI CONIZADA; DOTADA DE BALÃO PARA FIXAÇÃO. EXTREMIDADE DISTAL COM DUAS VIAS; VIA DO BALAO COM VÁLVULA ANTI-REFLUXO; EFICIENTE, EXTREMIDADE PROXIMA COM UM ORIFÍCIO. A Sonda DEVERÁ APRESENTAR O NÚMERO E A CAPACIDADE DO BALÃO EM LOCAL VISÍVEL E PERMANENTE; ESTÉRIL; DESCARTÁVEL; NÚMERO 12. ** CADA Sonda EQUIVALE A UMA PEÇA.	PC	210	0,77
20	18296	SONDA VESICAL DE DEMORA, TIPO FOLEY, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, FLEXÍVEL ATOXICA, SILICONIZADA, DOTADA DE BALÃO PARA FIXAÇÃO, EXTREMIDADE DISTAL COM 02 VIAS, VIA DO BALÃO COM VÁLVULA ANTI-REFLUXO EFICIENTE,	PC	200	0,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

	EXTREMIDADE DISTAL DOTADA DE ORIFÍCIO. A SONDA DEVERÁ APRESENTAR O NÚMERO E A CAPACIDADE DO BALÃO EM LOCAL VISÍVEL E PERMANENTE, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, NUMERO 22. ** CADA SONDA EQUIVALE A UMA PEÇA.			
--	---	--	--	--

Fica declarado que o preço registrado na presente Ata é válido pelo prazo de 12 (doze) meses, contado da data de sua assinatura, ficando automaticamente prorrogado o prazo de validade da proposta/lance apresentado no Pregão epigrafado.

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.

Campinas, 27 de maio de 2008

JOSÉ FRANCISCO KERR SARAIVA

Secretário Municipal de Saúde

BRASIL FARMA COMÉRCIO LTDA.

Representante Legal:

R. G. n.º

C.P.F. n.º